W odpowiedzi na pytania dotyczące: Dostawy sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i gabinetu fizjoterapii Nr sprawy: SŻ/11.2/1/02/2019 Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy zamawiający dopuści taśmy rehabilitacyjne w innych kolorach? Taśmy posiadają wymagany opór.

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści taśmy rehabilitacyjne w innych kolorach

Poz. 13 Tor do nauki chodzenia

2. Czy Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia o poniższych parametrach:

Tor wykonany ze sklejki, elementy konstrukcyjne i poręcze ze stali. Przeznaczenie- rehabilitacja po urazach kończyn lub dłuższej chorobie. Minimalne wymagane parametry: długość poręczy 300 cm, dł. Toru 200 cm, regulacja wysokości 63-115 cm., regulacja rozstawu poręczy 35-75 cm, regulacja przeszkód na wysokości: 10cm, 14,5cm, 19cm, 23,5 cm, 28 cm, waga 60 kg

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia o podanych parametrach

Poz. 14 Schody do nauki chodzenia dwustronne:

3. Czy Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia o poniższych parametrach

Schody do nauki chodzenia - dwustronne przeznaczone są dla pacjentów z dysfunkcją chodu. Konstrukcja schodów jest wykonana z malowanej proszkowo stali a stopnie z drewnianej sklejki. Minimalne wymagane parametry: Długość: 255 cm, szerokość: 90 cm, regulacja wysokości poręczy:63-115 cm. Dzięki tak szerokiej regulacji schody mogą być wykorzystywane zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia o podanych parametrach

Poz. 15 Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

4. Czy Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem o poniższej specyfikacji:

Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem wyposażona jest w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie z możliwością regulacji wysokości oraz w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dkg. Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików. Blat: 73 x 53 cm, wysokość regulowana w zakresie: 40-63 cm ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem o przedstawionej specyfikacji

Poz. 21 Leżanka drewniana z regulowanym zagłówkiem

5. Czy Zamawiający dopuści leżankę z regulowanym zagłówkiem o poniższych parametrach:

Leżanka wykonana z drewna bukowego. Przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych. Minimalne wymagane parametry Długość 185 cm, wysokość 70 cm, szerokość 65 cm, wysokość tapicerki 5 cm, ręcznie regulowany zagłówek w zakresie 0°-40°, maksymalne obciążenie 200 kg, waga 30 kg. Leżanka posiada otwór na twarz oraz uchwyt na papier.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści leżankę z regulowanym zagłówkiem o przedstawionych parametrach

Poz. 57 Poduszka sensomotoryczna

6. Czy Zamawiający dopuści poduszkę sensomotoryczną o wadze 851 g ?

Reszta parametrów wg SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści poduszkę sensomotoryczną o wadze 851 g

Poz 3. Lampa do naświetleń,

7. Czy Zamawiający wymaga lampy na statywie stołowym czy podłogowym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampy na statywie stołowym i podłogowym.

Poz 53.Mata do ćwiczeń

8. Czy Zamawiający w pozycji 53. Mata do ćwiczeń 20 szt. może określić parametry dotyczące rozmiaru maty ?? Maty do ćwiczeń występują w różnych rozmiarach i grubościach, co ma znaczący wpływ na cenę.

Zamawiający dopuści maty o wymiarach min 100 cm x 100 cm

Poz.54 Miękka piłka

9. Czy Zamawiający w pozycji 54. Miękka piłka 20 szt. może określić parametry dotyczące średnicy piłki ? Rozmiar piłki ma znaczący wpływ na cenę.

Zamawiający dopuści pikę o średnicy min 10 cm

Poz 58. Kostka rehabilitacyjna

10. Czy Zamawiający w pozycji 58. Kostka rehabilitacyjna 4 szt. może określić parametry dotyczące wielkości kostki ?? Rozmiar kostki ma znaczący wpływ na cenę.

Zamawiający dopuści kostkę rehabilitacyjna o wymiarach min 30 cm x 30 cm x 30 cm

Dot. pozycji nr 1 – Aparat do elektroterapii

11. Czy Zamawiający dopuści aparat zapewniający dostępność wszystkich typowych prądów oprócz mikroprądów, jednakże z możliwością przeprowadzania zabiegów prądami niskiej częstotliwości stanowiącymi tzw. Stymulację urologiczną, co w znaczny sposób zwiększa możliwości terapeutyczne aparatu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazany aparat do elektroterapii

Dot. pozycji nr 2 – Aparat do ultradźwięków

12. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę 5cm2, której wymiary w żaden sposób nie wpływają na jakość przeprowadzanego zabiegu i spełniają wszelkie kryteria dotyczące zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazany aparat do ultradźwięków

Dot. pozycji nr 13 – Tor do nauki chodzenia

13. Czy Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia, którego długość wynosi 300 cm, regulacja wysokości poręczy wynosi 71 – 104 cm, regulacja rozstawu poręczy mieści się w zakresie 35-88 cm, natomiast regulacja przeszkód jest 5 poziomowa: 8.5 , 12.5 , 16.5 , 20.5 , 24.5 cm? Wymiary toru są standardową wielkością stosowaną w ośrodkach rehabilitacyjnych, w żaden sposób nie ograniczają możliwości terapeutycznych i pozwalają w pełni na przeprowadzanie sesji ćwiczeniowych dla szerokiej gamy pacjentów.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazany tor do nauki chodzenia

Dot. pozycji nr 14 – Schody do nauki chodzenia - dwustronne

14. Czy Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia o wymiarach 261x720x140 cm (dł x szer x wys), z regulacja wysokości poręczy wynoszącej 60-100 cm? Takie wymiary w żaden sposób nie ograniczają możliwości wykonywania zabiegów terapeutycznych i pozwolą na zaproponowanie urządzenia funkcjonalnego w takim samym stopniu.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazane schody do nauki chodzenia

Dot. pozycji nr 21 – Leżanka drewniana z regulowanym podgłówkiem

15. Czy Zamawiający dopuści leżankę, której maksymalne obciążenie wynosi 150 kg, przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów w SIWZ? Obciążenie 150 kg jest standardowym obciążeniem stosowanym w przypadku leżanek drewnianych, nie wpływa na jakość zabiegów leczniczych w których znajduje swoje zastosowanie.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazaną leżankę drewnianą.

Dotyczy pkt.62. Przenośny wielofunkcyjny aparat do fizykoterapii.

16. Czy Zamawiający wymaga aby opisany aparat był wyposażony w sondę do laseroterapii IR 400/808nm, w głowicę do ultradźwięków 4 cm2/ 1 MHz, oraz w aplikator płaski pola magnetycznego, oraz w okulary do lasera, co pozwoli na pełne wykorzystanie opisanych przez Zamawiającego funkcji aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wyposażenie aparatu umożliwiało pełne wykorzystanie opisanych przez zamawiającego funkcji.